



Phụ lục 01
DANH MỤC HÀNG HOÁ MUA SẴM

(Kèm theo) Thư mời chào giá số /TM-YHCTĐN ngày tháng năm 2025 của Bệnh viện Y học cổ truyền thành phố Đà Nẵng)

STT	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật hoặc tương đương	Đơn vị tính	Số lượng dự kiến
1	Máy laser nội mạch (không xâm lấn)	- Số kênh điều trị: 2 kênh - Màn hình cảm ứng màu - Chế độ hoạt động: Chế độ liên tục và chế độ xung - Cài đặt sẵn các tần số sinh học - Có thể cài đặt thông số chung hoặc cho từng kênh riêng biệt - Chế độ bảo vệ màn hình: tự động tắt khi không sử dụng - Bước sóng: 600 -700 nm - Cài đặt thời gian điều trị: Tùy chỉnh - Công suất tối đa mỗi kênh tùy chỉnh: 0-300mW	Cái	2