Số: 707/TM-YHCTĐN
Thời gian ký: 2026-05-27T14:22:44+07:00

Phụ lục 01
DANH MỤC HÀNG HOÁ MUA SẮM

(Kèm theo Thư mời chào giá số /TM-YHCTĐN ngày tháng năm 2026 của Bệnh viện Y học cổ truyền thành phố Đà Nẵng)

STT	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật dự kiến hoặc tương đương	Chủng loại tham khảo	Hãng sản xuất, Nước sản xuất tham khảo	ĐVT	Số lượng dự kiến
1	Máy đo huyết áp tự động	Phương pháp đo: Dao động Khoảng đo huyết áp: tâm thu: 60 – 260 mmHg/tâm trương: 40 – 215 mmHg; Độ chính xác huyết áp: ± 3 mmHg Khoảng đo nhịp tim: 40 - 180 nhịp/phút; Độ chính xác nhịp tim: ± 5% Chu vi vòng bít: 17 - 42cm Màn hình hiển thị: LCD Nguồn điện: Có thể dùng được nguồn điện pin AA và nguồn ngoài từ Adapte; Input: 100–240V AC, 50/60Hz; Output : DC 6V	EZ Lite (HEM-7180)	Chủ sở hữu: OMRON HEALTHCARE Co., Ltd/JAPAN Cơ sở sản xuất: OMRON HEALTHCARE MANUFACTURING VIETNAM Co., Ltd/Việt Nam	Bộ	1
Tổng cộng: 01 khoản						