Số: 790/TM-YHCTĐN
Thời gian ký: 2026-06-09T15:09:37+07:00

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Phụ lục 01
DANH MỤC HÀNG HOÁ MUA SẮM

(Kèm theo Thư mời chào giá số /TM-YHCTĐN ngày tháng năm 2026 của Bệnh viện Y học cổ truyền thành phố Đà Nẵng)

STT	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật dự kiến hoặc tương đương	ĐVT	Số lượng dự kiến
1	Máy trộn vortex	- Điện áp: 200-240V; 50/60Hz - Công suất: 60W - Kiểu chuyển động: tròn - Tốc độ điều chỉnh: 0-3.000 vòng/phút - Dùng được đối với hóa chất xét nghiệm định lượng 25OH Vitamin D (D3) [Máu]	Máy	1
Tổng cộng: 01 khoản				